



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Λαμία, 6 -04-2020

Αρ.πρωτ.:B/ 7560

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ταχ. Δ/ση: Παπασιοπούλου τέρμα,35100, Λαμία
Τμήμα: Προμηθειών
Υπεύθυνη: Ανδριανή Κουφοπούλου
Τηλέφωνο: 22313 – 56669
FAX: 22313 – 56274
e-mail: akoufoulou@hosplam.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Διευκρινίζουμε ότι στη με αρ.πρωτ.Β/7560/31-03-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκτακτη προμήθεια υγειονομικού υλικού και ατομικών μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση νέου κορονοϊού COVID-19 οι προδιαγραφές για τον α/α 33 είναι: « Φίλτρα αναπνευστήρα μικρού όγκου κατάλληλα για χρήση σε ΜΕΘ και συμβατά με εφαρμογή ύγρανσης, αντιμικροβιακά, αντϊικά και ταυτόχρονα να είναι εναλλάκτες θερμότητας-υγρασίας. / Να είναι 100% υδρόφοβα,με πτυχώμενη μεμβράνη σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Να κατακρατούν τουλάχιστον 99.999% των ιών και των βακτηρίων σε ξηρό και 100 % των σωματιδίων αυτών σε υγρό περιβάλλον, έτσι ώστε να επιτρέπουν τη μη αλλαγή κυκλώματος και να παρέχουν απόλυτη προστασία του ασθενούς και του ιατρικού προσωπικού, με μικρό βάρος (κατά προτίμηση μικρότερο των 55gr) και μικρού νεκρού όγκου. Να παρουσιάζουν χαμηλές αντιστάσεις μικρότερες από 3,5 cm H₂O σε ροή 60 lt/min . Να προτείνονται από διεθνείς φορείς και οργανισμούς για τη χρήση τους σε περιστατικά SARS. Να έχουν εύχρηστο σχήμα, μικρού όγκου, να μπορούν να παρακρατούν ιούς μεγέθους μικρότερο των 0,27 micron, αποστειρωμένα. Επιθυμητή διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη των 24 ωρών».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ κ.α.α

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

