

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

Λαμία, 13-11-2023

**5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας**

Αρ. Πρωτ.:Β/17295

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Παπασιοπούλου τέρμα
Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Τραχανά Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2231354577

ΠΡΟΣ: «ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ»

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» (CPV:34000000-7) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, συνολικού ποσού 1.774,19€ πλέον ΦΠΑ και 2.200,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2023.

Σχετ: 1)Το από 24-10-2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προμηθειών για την προμήθεια «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής.
2)Το με αρ. πρωτ. Β/17295/21-09-2023 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού το οποίο περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής.
3)Η αρ. πρωτ. Β/20362/31-10-2023 (ΑΔΑ:ΨΘ6Α4690ΒΜ-9Ξ5)Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με α/α: 2131 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής οικονομικού έτους 2023 Κ.Α.Ε. 7111.
4)Το άρθρο 118 του Ν 4412/2016 και σε συνδυασμό με το άρθρο 120.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα των άρθρων 118 & 120, σας καλούμε όπως καταθέσετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» (CPV: 34000000-7) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, συνολικού ποσού 1.774,19€ πλέον ΦΠΑ και 2.200,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2023».

Η οικονομική σας προσφορά να κατατεθεί μέχρι 17/11/2023 και ώρα 13:00μ.μ., ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην διεύθυνση chtrahana@hosplam.gr.

Επισημαίνεται ότι:

- το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών.
- υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.

- για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας περί προμηθειών Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεων .
- Τιμές πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ή το Παρατηρητήριο Τιμών απορρίπτονται. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης με το Π.Τ. θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

1. Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας και να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία παρελκόμενα για τη λειτουργία του.
2. Το τροχήλατο να φέρει σκελετό κατασκευασμένο από ατσάλι ενώ τα άλλα του μέρη να είναι κατασκευασμένα από ατσάλι και τεχνοπολυμερές υλικό. Να γίνει λεπτομερής περιγραφή της κατασκευής του.
3. Να είναι εξ ολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο με αντισηπτικά και να έχει στρογγυλεμένες άκρες για τον εύκολο καθαρισμό του.
4. Να φέρει ενσωματωμένη εργονομική χειρολαβή ωθήσεως από αλουμίνιο και πλαστικό και στις γωνίες της βάσης του προσκρουστήρες για την εξομάλυνση κραδασμών.
5. Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 73X55 cm περίπου. Να διαθέτει επιπλέον συρόμενη επιφάνεια γραψίματος διαστάσεων 36X40 cm περίπου.
6. Η επιφάνεια εργασίας να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο.
7. Το τροχήλατο να φέρει συνδυασμό τεσσάρων (4) συρταριών, εκ των οποίων τα τρία (3) συρτάρια με ύψος μετώπης 140mm περίπου, και ένα (1) συρτάρι μεγαλύτερου βάθους με ύψος μετώπης 280mm περίπου για τη φύλαξη ογκωδών αντικειμένων (ορών κτλ).
8. Τα συρτάρια να είναι προσθαφαιρούμενα και να φέρουν ενσωματωμένες χειρολαβές στις μετώπες τους και θέση για ετικέτες. Να διαθέτουν μηχανισμό soft-closing επιτρέποντας το πλήρες άνοιγμα τους. Το τροχήλατο να φέρει κεντρικό κλείδωμα συρταριών.
9. Να διαθέτει τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς, διαμέτρου 125 mm περίπου, εκ των οποίων οι δύο με φρένο.
10. Στη βάση στις τέσσερις γωνίες να φέρει προσκρουστήρες από υλικό PVC.
11. Το τροχήλατο να έχει διαστάσεις : 850x600x1050mm περίπου
12. Να φέρει τα κάτωθι εξαρτήματα :
 - Ανακλινόμενες θήκες στο πλάι τεμ. 3
 - Βιτρίνα 9 θέσεων με ανακλινόμενες θήκες για τοποθέτηση υγειονομικού υλικού
 - Στήριγμα για δοχείο απόρριψης αιχμηρών
 - Κάδος απορριμμάτων 20lt με εργονομικό άνοιγμα.
 - Διαχωριστικά για τα συρτάρια με ύψος μετώπης 140mm

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, να συμμορφώνεται και να πληρούν όλους τους κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας.
2. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2016, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security, ISO 13485:15 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας». Επίσης, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν.
3. Με την τοποθέτηση του εξοπλισμού να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραίτητως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του συστήματος.

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
6. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ